



伸長法柔軟性試驗機

KEC-539

- ✓ 適用於測定 0.1 ~ 0.24 m/m ϕ 漆膜導線之伸長法柔軟性能。



型 式	KEC – 539
測試規範	依 JIS-C3003、CNS C3151 標準設計製造
捲軸速度	約 50 RPM
試料降速	約 50 mm/se
測試工件	1 組 / 次 (捲線軸及線軸座)
試驗機座	以雙軸線性導桿，馬達穩定速度驅動重錘架上下升降
驅動馬力	A. 捲線軸 AC 220V x 1 ϕ x 15 W B. 重錘架 AC 220V x 1 ϕ x 25W
本機電源	AC 220V x 1 ϕ x 100 W
標準附件	附測定 0.1 ~ 0.24 ϕ m/m 線徑之捲線軸及荷重砝碼 x 15 組