

拉伸強度試驗機

KEC-100SE

✓ 本機依據美國材料試驗學會標準設計製造 依 ASTM - D412 - 92 規範標準,適用於 測定 UL 1581、62、444、910、1666 規範 標準之各類電線電纜絕緣及護套之斷裂伸 長率和抗張強度。



型式	KEC – 100SE
容量	MAX 100 kg f
解析度	90 x 152 x 95 m/m
荷重檢測	以高精密 LODAD CELL 檢出荷重放大輸出信號
應力顯示	以台製雙液晶數字顯示拉伸斷點應力值及最大應力值
驅動方式	以 AC 馬達驅動左右螺桿上下穩定作動
拉伸速度	50~500 mm/min (無段調速)
斷點停機	本機裝置拉伸斷點自動停機裝置及上下限位自動停機裝置
拉伸間距	MAX 600m m
變位檢測	以高精密 ENCODER 檢出變位放大輸出信號
應變顯示	範圍 0.1mm 至 500mm 以液晶數字顯示拉斷伸長率
標準附件	A.標準拉力夾具 x 1 付
	B.斷裂伸長率測定座 x 1 式
機體尺寸	1100 x 4000 x 1400 (LxWxH) m m



KOCCI International Co., LTD 高碁國際有限公司 1F, 55 Chenggong 3rd St. Rende Dist., Tainan city, 71751, Taiwan R.O.C. 71751 台南市仁德區成功三街51號IF

TEL: 886-6-268-5175 FAX: 886-6-269-3706