



鑄物砂透氣性試驗機

KEC-904



✓ 本機依據日本 NIK 所訂標準規範設計製造，適用於測定鑄物砂之透氣度。

型 式	KEC - 904
水柱範圍	0 ~ 10 cm
試片尺寸	50m/m ϕ × 50m/m ± 1m/m
空氣容積	Max 2000cc
機體重量	約 24kg
機體尺寸	460 x 340 x 700 m/m
本機電源	AC 220V × 1 ϕ
標準附件	A. 透氣噴嘴 x 1 件 B. 濕砂透氣性試驗筒 x 1 件
特殊附件	乾砂透氣性試驗筒 x 1 件