



鑄物砂壓縮比裝置

KEC-909



✓本機依據日本 NIK 所定標準設計製造，
配合搗樣機可作鑄砂壓縮比試驗

型 式	KEC - 909
試 驗 筒	(SUS 304#)尺寸 50.8 ϕ ×100mm
試驗篩網	200 mm ϕ x 40 mm x 6 #
機台尺寸	30 x 30 x 44 cm
機台重量	5 kg